

1. AMAÇ

Hizmetin gerçekleştirilmesi esnasında kullanılan izleme ve ölçme donanımlarının uygun referans aralıklarında çalışıp çalışmadığının kontrolünün sağlanması amacı ile periyodik olarak yapılacak işlemleri tanımlamaktır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3.KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu Talimat İl Müdürlüklerinde kullanılan izleme ve ölçme donanımlarının kalibrasyon işlemlerini kapsar. Yıllık Kalibrasyon Planının oluşturulması ve takibi İlgili Şube Müdürlüğünün, kalibrasyonu yapılan cihazların korunması ve muhafazası ise cihazı kullanan şube personelinin sorumluluğundadır.

4.UYGULAMA

4.1. Ürün/Hizmetin belirlenen şartlara uygunluğunu ölçmek amacıyla kullanılan tüm ölçme ve test ekipmanlarının listesi İlgili Şube Müdürlüğünün tarafından Kalibrasyon Planı olarak hazırlanır. Kalibrasyon sıklığı; cihazın kullanım sıklığı ile kullanım şartları ve üretici veya kalibrasyon yapan kuruluşun tavsiyeleri göz önüne alınarak belirlenir.

4.2. Kalibrasyon Planı hazırlanırken, kalibrasyonun gerekliliği konusunda anlaşmazlık yaşanması halinde, Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü kalibrasyon işlemlerini gerçekleştiren yetkili kurumdan üst yazı ile görüş ister. Görüş olumlu ise cihaz kalibre ettirilerek Kalibrasyon Planına işlenir. Görüşün olumsuz olması durumunda yetkili kurumdan gelen görüş kalibrasyon kayıtları arasında muhafaza edilir.

4.3. Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü belirlenen cihaz listesi doğrultusunda ölçme ve test ekipmanlarının kalibrasyonunu, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olan kuruluşlara yaptırılmasını sağlar. Kalite Yönetim Temsilcisi, ölçüm alet ve cihazların kalibrasyon tarihlerinin planlanmasını Kalibrasyon Planı üzerinde yapar ve kalibrasyon sonucunu buraya işler.

4.4. Kalibrasyon zamanı geçmiş ölçüm alet ve cihazlar hizmet süreçleri uygulanırken kullanılamaz. Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü, kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon sertifikalarını kontrol ederek, kullanıma uygun olmadığı belirlenen cihazları kullanımdan çıkararak kullanımının engellenmesini sağlar. Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü, kalibrasyonu yapılan ve yapılacak ölçümler için uygun gördüğü cihazların kullanımını sağlar.

4.5. Bir cihazın kalibrasyonunun bozulduğu belirlendiğinde; düzeltici faaliyet başlatarak bu cihazla yapılmış tüm ölçümlerin uygunluğunu kontrol eder. Cihaz ölçüm sonuçlarının şüpheli sonuç vermesi durumunda Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürüne göre işlem yapılır.

4.6. Kalibrasyon kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR

- KYS-PRD-102 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- KYS-PRD-105 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü
- KYS-PRD-106 Düzeltici Faaliyet Prosedürü
- KYS-PLN-106 Kalibrasyon Planı

Hazırlayan
Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü

Onaylayan
Yönetim Temsilcisi

KALİBRASYON TALİMATI

Doküman Kodu	KYS-TLM-106
Yürürlük Tarihi	15.03.2018
Revizyon Tarihi/No	00
Sayfa No	1/2

Belge Geçmişi:

Revizyon No	Tarih	Notlar
00	15.03.2018	İlk Yayın

Hazırlayan
Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü

Onaylayan
Yönetim Temsilcisi